


# CERTIFICADO DE ENSAIO

Secretaria Regional de Economia da Madeira e Transportes Terrestres

Região Autónoma da Madeira  
Governo Regional



LABORATÓRIO DE METROLOGIA DA MADEIRA



PROCESSO NÚMERO: 241/2021

Página 1 de 1

ENTIDADE

AMAK - Associação Madeirense de Automobilismo e Karting  
Rua do Carmo nº 2 B - 1º andar, sala 15  
9050 - 019 Funchal

NOME

ENDEREÇO

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

Instrumentos de Pesagem

DESIGNAÇÃO

MARCA

Intercomp

MODELO

SW650

NÚMERO

0429M20004

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL

±1,5 kg (EMA IP classe III)

ALCANCE MÁXIMO

2000 kg

ALCANCE MÍNIMO

10 kg

DIVISÃO

0,5 kg

OPERAÇÃO EFECTUADA

DATA

16-06-2021

MÉTODO

Decreto-Lei n.º 320/2019, de 19 de setembro

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

IT LMM 01 06 - Instrução de Trabalho de CM de IP

RASTRABILIDADE METROLÓGICA

NI 110 a NI 135, NI 194 e NI 195

RESULTADO

Erro máximo (aos 1500 kg) = -1,25 kg

Nota: ---

Canico, 17 de junho de 2021

*Jorge Shone*

Jorge Shone  
TÉCNICO METROLOGISTA



João Rodrigo Oliveira de Castro e Andrade  
CHEFE DE DIVISÃO

LABORATÓRIO DE METROLOGIA DA MADEIRA