

**CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO**

(OFICIOSO\*)

**N.º.: CC21097927****1. ENTIDADE**

Nome	<b>KIB - Karting Invest. de Braga, Lda.</b>
Lugar, Rua, Av.	<b>Lugar da Póvoa - Palmeira</b>
Localidade	<b>4711 - 911 BRAGA</b>
Telefone	<b>253 607 560</b>
Fax	<b>253 607 569</b>
Actividade	-----

**2. INSTRUMENTO DE PESAGEM: BALANÇA**

Marca	<b>PESTRONIX</b>	Alcance Máximo (kg)	<b>2000</b>
Modelo	<b>CPX094c</b>	Divisão (kg)	<b>1</b>
N.º. Série	<b>451216/04</b>	Alcance Mínimo (kg)	<b>20</b>
Ano de fabrico	<b>2004</b>	N.º. Div. = Alc.Max/Div	<b>2000</b>
Despacho Aprovação	-----	Outras indicações	<b>Automóveis</b>

**3. OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS NAS SEGUINTE CONDICOES AMBIENTE**

Temperatura	<b>18</b>	° C	<b>±</b>	<b>0,1</b>	° C
Humidade relativa	<b>60</b>	%	<b>±</b>	<b>0,1</b>	%
Pressão	-----	hPa	<b>±</b>	-----	hPa

**4. OPERAÇÃO**

Tipo	<b>Calibração - Ensaios de Exactidão / Linearidade, Repetibilidade da indicação, Excentricidade, Mobilidade</b>
Método	<b>Indirecto</b>
Meios	<b>Massas Padrão Utilizadas - Classe F1 Colecção: 00F1M0006 e 00F100006 Massas Padrão Utilizadas - Classe M2 Colecção: 70/2002</b>

**5. INCERTEZA**

<b>Incerteza Global de Calibração (g)</b>	<b>± 120</b>
Incerteza obtida pela multiplicação do desvio-padrão pelo factor k=2. O desvio padrão foi calculado através da contribuição das incertezas originais pelo padrão, método da calibração, condições ambientais e quaisquer outros termos que influam na calibração, de acordo com EA4-02.	

\* - Este certificado não é valido para efeitos oficiais em virtude de ainda estar a decorrer o processo de acreditação do laboratório. Fase final.

O presente Certificado só pode ser reproduzido no seu todo (2 páginas)