

CERTIFICADO DE ENSAIO

PROCESSO N.º: 504/2025

ENTIDADE

NOME	AMAK - Ass. Madeirense de Aut. e Karting
ENDEREÇO	Rua do Carmo nº 2 B, 1º sala 15
CÓDIGO POSTAL	9050 - 019 Funchal

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO	Instrumentos de Pesagem
MARCA	Intercomp
MODELO	SW 650
NÚMERO	0429M20004

CARATERÍSTICAS METROLÓGICAS

ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL	$\pm 1,5$ kg (EMA IP classe III)
ALCANCE MÁXIMO	Não aplicável
ALCANCE MÍNIMO	Não aplicável
ENCHIMENTO MÁXIMO	Não aplicável
ENCHIMENTO MÍNIMO	Não aplicável
INTERVALO DE INDICAÇÃO	10 a 2000 kg

OPERAÇÃO EFETUADA

DATA	18/06/2025
MÉTODO	Portaria n.º 320/2019, de 19 de setembro
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	IT DREC 15 04 - Intrusão de trabalho de CM de IP
RASTREABILIDADE METROLÓGICA	NI 45, NI 91 a NI 108, NI 110 a NI 139, NI 220, NI 221
RESULTADO	Conforme Erro máximo = -1,4 kg (ver nota)

NOTA:

Erro (10 kg) = 0 kg | Erro (500 kg) = -0,1 kg | Erro (1000 kg) = -1 kg | Erro (1500 kg) = -1,4 kg | Erro (2000 kg) = -1,4 kg

Canico, 20 de junho de 2025

Jorge Shone
TÉCNICO METROLOGISTA

João Rodrigo Oliveira de Castro e Andrade
CHEFE DE DIVISÃO
LABORATÓRIO DE METROLOGIA DA MADEIRA